



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 апреля 2018 года № РЗН 2017/6204

На медицинское изделие

Столы для пеленания и санитарной обработки новорожденных "БТ-Мебель"  
с принадлежностями по ТУ 9452-009-99653782-2016

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая  
компания "Белва" (ООО ПТК "Белва"), Россия,  
115230, Москва, ш. Варшавское, д. 42, оф. 4282, 4284, 4290

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая  
компания "Белва" (ООО ПТК "Белва"), Россия,  
115230, Москва, ш. Варшавское, д. 42, оф. 4282, 4284, 4290

Место производства медицинского изделия

ООО ПТК "Белва", Россия, 142184, Московская обл., г. Подольск,  
Лаговское с.п., вблизи д. Коледино

Номер регистрационного досье № РД-21831/21419 от 18.04.2018

Вид медицинского изделия 233010

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложения на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2018 года № 2788  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0038225

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2018 года № РЗН 2017/6204

Лист 1

На медицинское изделие

**Столы для пеленания и санитарной обработки новорожденных "БТ-Мебель"  
с принадлежностями по ТУ 9452-009-99653782-2016:**

Столы пеленальные "БТ-Мебель", модели: БТ-СП-90, БТ-СП-90/75, БТ-СП-90/64, БТ-СП-90-К, БТ-СП-90/75-К, БТ-СП-90/64-К, БТ-ТД-90-Н, БТ-ТД-90/75-Н, БТ-ТД-90/64-Н, БТ-ТД-90-К, БТ-ТД-90/75-К, БТ-ТД-90/64-К, БТ-25-90-Н, БТ-25-90/75-Н, БТ-25-90/64-Н, БТ-25-90-К, БТ-25-90/75-К, БТ-25-90/64-К.

Столы для санитарной обработки новорожденных "БТ-Мебель", модели: БТ-ТМ-90-Н, БТ-24-90-Н, БТ-ТМ-180-Н, БТ-24-180-Н.

Принадлежности:

- Для модели БТ-СП-90:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
2. Контейнер для мусора из пластика (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-СП-90/75:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
2. Контейнер для мусора из пластика (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-СП-90/64:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
2. Контейнер для мусора из пластика (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-СП-90-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
2. Контейнер для мусора из пластика (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-СП-90/75-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
2. Контейнер для мусора из пластика (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+N SYSTEM GmbH, Австрия).
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-СП-90/64-К:

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0046096

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2018 года № РЗН 2017/6204

Лист 2

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-ТД-90-Н:
  1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
  2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
  3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
  4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-ТД-90/75-Н:
    1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
    2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
    3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
    4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-ТД-90/64-Н:
      1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
      2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
      3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
      4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-ТД-90-К:
        1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
        2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
        3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
        4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-ТД-90/75-К:
          1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
          2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
          3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
          4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-ТД-90/64-К:
            1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
            2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
            3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
            4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.  
- Для модели БТ-25-90-Н:
              1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0046097



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2018 года № РЗН 2017/6204

Лист 4

- Для модели БТ-24-90-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия).
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия).
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-ТМ-180-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия).
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия).
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-24-180-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия).
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия).
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали.
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия).
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0046099